

АМПЕРМЕТР

МИЛЛИАМПЕРМЕТР
ВОЛЬТМЕТР
М42300
ПАСПОРТ



Свидетельство о приемке

Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-04.4058-81
и признан годным для эксплуатации.

Основные технические данные и характеристики

Класс точности	Диапазон измерений	Масса прибора, кг, не более	Масса проводов калиброванных, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Масса серебра, г
1,5	0 - 300 А	0,15		80 × 80 × 50,	

Норма средней наработки до отказа прибора 92250 ч.
Средний срок службы прибора 12 лет.

Масса цветных металлов:

- алюминий и алюминиевые сплавы (каркас рамки, обойма, стрелка, циферблат) — 11 г;
- медь и сплавы на медной основе (токоведущие и крепежные детали) — 17 г.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления прибора.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.