

АМПЕРМЕТР,
МИЛЛИАМПЕРМЕТР,
ВОЛЬТМЕТР

М42100

ПАСПОРТ



Таблица 2

Сведения о содержании драгоценных материалов

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в 1 шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии				
Серебро Пружинодержатель Стрелкодержатель	8ПЧ.114.000	5ПЧ.267.005	1	1	0,000567	0,000567		
	8ПЧ.116.005	5ПЧ.441.063	1	1	0,002898	0,002898		
						0,003465		
Техническое описание и инструкция по эксплуатации на партию приборов (по требованию заказчика)							1 экз.	

Свидетельство о приеме

Гарантия изготовителя

Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-04-2257-77, удовлетворяет требованиям заказ-наряда и признан годным для эксплуатации.
Содержание драгоценных материалов см. табл. 1, 2.

Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента сдачи прибора.
Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию.

Таблица 1

Основные технические данные и характеристики					Комплектность									
Класс точности	Диапазон измерений	Масса прибора, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Масса серебра в резисторах, г	Прибор, шт.	Гайка М3, шт.	Шайба 3, шт.	Шайба пружины, шт.	Винт М3, шт.	Пластина, шт.	Провода калембранные, пара	Дополнительное сопротивление, шт.	Шунт, шт.	Паспорт, экз.
					1,5	0-2A	0,2	80×80×51		1				
Дата выпуска														
5 1 0 1 4														
12														
ОТК 183														